

磁性体(金属等)持っていませんか？



室内には常に強力な磁場があり、磁性体吸着や火傷(熱傷)事故が起きています。

入室前にもう一度再確認!!

磁性体(金属類など)のMR検査室内への持込みは厳禁です。慣れていても、入室の前には再度確認を!

MR検査室内への患者搬入時や他の用件での入室時に、点滴台・ストレッチャー・酸素ボンベ等の大きなものから、ポケットに入れた事務用品・装身具等の小さなものまでMR装置に吸着される事故や、アルミ箔など貼付剤等に含まれる金属類が発熱して火傷(熱傷)を負う事故も発生しています。

万が一吸着させてしまったら無理に引きはがそうとせず、MR装置メーカーにご連絡下さい。



- ヘアピン
- イヤリング
- ネックレス
- ペン類
- 名札
- 腕時計
- 指輪



• 点滴台
• Jバッグ



• 酸素ボンベ



• ストレッチャー



• 車いす



• 事務用品



• はさみ



• 体温計
• 血圧計
• 電極類



• 医療用鋼製小物
(メス・留置針)
• 膿ぼん



• USB/SD/PC/
ACアダプター/
外付けHDD 等



• MR検査で影響を受ける恐れのある医療機器



• ベースメーカー
プログラマー



• パルスオキシメータ
• バイタルサインモニタ



• サーマフレクト毛布
(アルミ裏打ち毛布)



• 聴診器



• 輸液ポンプ
(とくにACアダプター)
• 輸液ライン用キャップ



• バケツ
• モップ等



• 脚立



• 掃除用具
• ポリッシャー