

年表→ 1990年 8月 日立メディコ 全身用X線CT CT-W2000を発売(ボリュームスキャン)  
→下記資料をリンクする

1988年 3月

日立メディコ 全身用X線CT CT-W2000を発売(ボリュームスキャン)



#### 主な仕様

スキャン方式:スリップリング連続回転方式  
R/R+オフセットディテクタ方式  
スキャン時間:0.6秒、1.0秒、2.0秒、4.0秒  
有効視野:16/20/25/30/35/42/48cmΦ(開口:70cm)  
スライス厚/数:1/2/5/10mm  
X線管:2000kHU 焦点0.6x0.75/1.0x1.5mm  
検出器:高圧ゼノン検出器 768素子  
画像マトリックス:320×320/512×512  
再構成時間:5~10秒  
ガントリ傾斜:±30度  
寝台:天板床上最低高 36cm

全身用X線CT CT-W2000 (カタログより)