

MR装置の停電時の対処方法について(暫定版)

計画停電の場合の準備方法

当該装置の操作マニュアル(停電時の対処方法)をお読み頂き、記載されている操作手順および注意事項を遵守の上、作業をお願い致します。

万一、操作方法等が不明な場合は、当該装置や付近の壁などに貼ってありますサービスコールセンター(担当サービス窓口)にお問い合わせをお願いします。もし担当サービス窓口がわからない、あるいは担当サービス窓口の電話が繋がりにくい場合は各社の緊急連絡先にご連絡ください。

会社名	「サービスコールセンター(担当サービス窓口)」がわからない、あるいは電話が繋がりにくい場合の緊急連絡先	URL
(株)日立メディコ	03-3526-8360	http://www.hitachi-medical.co.jp/news/news/news110315_2.html
(株)島津製作所	075-823-1773	http://www.med.shimadzu.co.jp/attention/index3.html
東芝メディカルシステムズ(株)	03-5144-8426	http://www.toshiba-medical.co.jp/tmd/press/20110316.html
	0120-1048-01	
シーメンスジャパン(株)	0120-041387	http://www.siemens.co.jp/Japanese/About_us/Pages/earthquake_information.aspx
GE ヘルスケアジャパン(株)	0120-055-919	http://japan.gehealthcare.com/cwcjapan/static/
	042-648-2944	
(株)フィリップス エレクトロニクスジャパン	0120-095-205	http://www.healthcare.philips.com/pwc_hc/jp_ja/assets_jp/tohokujishin_kinkyu_kokuchi.pdf

* ただし時間帯によっては連絡できない場合があります。

ご注意！

装置を再度立ち上げる際には、装置本体、付属設備等が破損していないことの確認が必要です。ご使用のMR装置の製造販売業者の「サービスコールセンター(担当サービス窓口)」に必ず連絡の上、指示を仰いでください。

以上