

磁性体 (金属等) 持っていないませんか？

室内には常に強力な磁場があり、磁性体吸着や火傷 (熱傷) 事故が起きています

入室前にもう一度再確認!!

磁性体 (金属類など) のMR検査室内への持込みは厳禁です。慣れていても、入室の前には再度確認を

MR検査室内への患者搬入時や他の用件での入室時に、点滴台・ストレッチャー・酸素ボンベ等の大きなものから、ポケットに入れた事務用品・装身具等の小さなものまでMR装置に吸着される事故や、アルミ箔など貼付剤等に含まれる金属類が発熱して火傷 (熱傷) を負う事故も発生しています。

万が一吸着させてしまったら無理に引きはがそうとせず、MR装置メーカーにご連絡下さい。



• 点滴台
• Jバッグ



• 酸素ボンベ



• ストレッチャー



• 車いす



• 事務用品



• はさみ



• 体温計
• 血圧計
• 電検類



• 医療用製小物 (メス・留置針) 等



• USB/SD/PC/ACアダプター/外付けHDD等



• MR検査で影響を受ける恐れのある医療機器



• ベースメーカー プログラマ



• パルスオキシメータ
• バイタルサインモニター



• サーモフレクト毛布 (アルミ裏打ち毛布)



• 聴診器



• 施設ポンプ (とくにACアダプター)
• 輸液ライン用キャップ



• バケツ
• モップ類



• 脚立



• 掃除用具
• ポリッシャー
• バケツ