



2025年度 医用画像システム部会 合同報告会

# MDS/SDS、RSSの活用促進に向けた取り組み

一般社団法人 日本画像医療システム工業会（JIRA）  
医用画像システム部会 セキュリティ委員会 委員長 堀野誠人



昨年度は、安全管理GL6.0版対応として、MDS/SDSについて「製造業者による医療情報セキュリティ開示説明書」ガイド Ver.5.0の発出及び、この関連文書の更新を行った。

同様に、RSSでは「リモートサービスセキュリティガイドライン」の更新を行った。

今年度は、これらを有効活用しながら、MDS/SDS、RSSの活用促進に向けての取り組みについて報告する。


※ 以降説明では下記略称を用いる

- 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン： **安全管理GL**
- 製造業者による医療情報セキュリティ開示書： **MDS**
- サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書： **SDS**
- リモートサービスセキュリティ： **RSS**


- 1． MDS/SDS、RSS関連文書の改訂
- 2． MDS/SDSの活用促進
- 3． RSSガイドラインの活用促進

# 安全管理GLとMDS/SDS、RSSガイドラインの関係

- 安全管理GLの更新と合わせて、適時MDS/SDS関連文書、書式を更新
- RSSにおいても2024年度にはMDS/SDSと同時期にガイドラインを更新



# MDS/SDSの位置づけ



- 医療情報システムMDS
- 医療情報を取り扱う医療機器のMDS
- 使用しているクラウドサービス等のSDS
- リモートメンテナンスに関する SDS

# 最新のMDS/SDS、RSSガイドライン情報

工業会規格(JESRA)

ディスプレイ  
(モニタ)

セキュリティ

診断レポート

動物

COVID-19  
感染予防

## 工業会規格(JESRA)

### ■ 一般社団法人日本画像医療システム工業会規格(JESRA) (Japanese Engineering Standards of Radiological Apparatus)

※ 各JESRA規格票の最終頁に記載されている発行元住所は以下に読み替えてください。

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目11番5号  
日本橋ライフサイエンスビルディング2 706号室


最新のMDS/SDSガイド及び  
関連文書、RSSガイドライン  
はそれぞれJIRAホームページ  
の刊行物：指針・標準・基準  
等の  
「**工業会規格（JESRA）**」  
より取得いただけます。

<JESRA公開リスト> 2025.7.9 [https://www.jira-net.or.jp/publishing/jesra\\_public.html](https://www.jira-net.or.jp/publishing/jesra_public.html)

|                  |                                                                                                                             |             |             |   |                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TR-0039*E<br>NEW | 「製造業者による医療情報セキュリティ<br>開示説明書」ガイド Ver.5.0  | 2011年12月28日 | 2024年11月29日 | — | 関連する Q&A集、チェックリスト、ユーザ<br>ーズガイドが <a href="#">刊行物</a> > <a href="#">指針・標準・基準等</a><br>> <a href="#">セキュリティ</a> にあります |
| TR-0034*D<br>NEW | リモートサービスセキュリティガイドラ<br>イン                 | 2010年3月29日  | 2024年11月29日 | — |                                                                                                                   |

# MDS/SDSチェックシート等のダウンロードサイト

|                  |                                                                                                                       |             |             |   |                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| TR-0039*E<br>NEW | 「製造業者による医療情報セキュリティ開示説明書」ガイド Ver.5.0  | 2011年12月28日 | 2024年11月29日 | — | 関連する Q&A集、チェックリスト、ユーザーズガイドが <b>刊行物&gt;指針・標準・基準等&gt;セキュリティ</b> にあります |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|---------------------------------------------------------------------|



## ■ NEW 「製造業者／サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書」ガイド

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版」に対応すると共にサービス事業者にも対応し、内容を見直し最新版としました。

### <ダウンロード>

- [MDS/SDS Ver.5.0 Q&A集（第7.1版）JIRA公開版](#)
- [チェックリスト（MDS SDS Ver.5.0）Rev.5.0h](#)
- [MDSSDSVer5.0 ユーザーズガイド](#)

| 製造業者による医療情報セキュリティ開示書チェックリスト（医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版対応）                                                                                              |    |     |     |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|---|
| 作成日                                                                                                                                                      |    |     |     |    |   |
| 製造業者                                                                                                                                                     |    |     |     |    |   |
| 製品名称                                                                                                                                                     |    |     |     |    |   |
| バージョン                                                                                                                                                    |    |     |     |    |   |
| ※本書式を作成したJAHIS/JIRAは、製品設計・設置・保守等の認証・試験・検査等はありません。また、特定の医療機関等における特定の目的・ニーズを満たすこと、あるいは個々の製品またはサービスの性能を保証するものではありません。この書式への記入内容は、記入した製造業者/サービス事業者が全責任を負います。 |    |     |     |    |   |
| 医療機関等における情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の実践                                                                                                                     |    |     |     |    |   |
| 1 扱う情報のリストを医療機関等に提示できるか？                                                                                                                                 | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |
| 物理的安全対策                                                                                                                                                  |    |     |     |    |   |
| 2 個人情報が入力・参照できる端末の覗き見防止の機能があるか？                                                                                                                          | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |
| 技術的安全対策                                                                                                                                                  |    |     |     |    |   |
| 3 離席時の不正入力防止の機能があるか？                                                                                                                                     | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |
| 4 アクセス管理の機能があるか？                                                                                                                                         | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |
| 4. 1 利用者の認証方式は？                                                                                                                                          |    |     |     |    |   |
| ・記憶（ID・パスワード等）                                                                                                                                           | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |
| ・生体認証（指紋等）                                                                                                                                               | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |
| ・物理媒体（ICカード等）                                                                                                                                            | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |
| ・上記のうちの二要素を組み合わせた認証（具体的な組み合わせを備考に記入してください）                                                                                                               | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |
| ・その他（具体的な認証方式を備考に記入してください）                                                                                                                               | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |
| 4. 1. 1 パスワードを利用者認証手段として利用している場合、パスワード管理は可能か？                                                                                                            |    |     |     |    |   |
|                                                                                                                                                          | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |


| 回答欄                               |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
|                                   |                        |
|                                   |                        |
|                                   |                        |
|                                   |                        |
| プルダウン選択<br>(はい/いいえ/対象外<br>該当/非該当) | 備考欄への入力<br>(数字/なし/"/") |
|                                   | -                      |
|                                   | -                      |
|                                   | -                      |
|                                   | -                      |
|                                   | -                      |
|                                   | -                      |
|                                   | -                      |
|                                   | -                      |
|                                   | -                      |
|                                   | -                      |

チェックリスト(MDS SDS Ver5.0) Rev.5.0h  
(医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版対応)



MDS/SDSを厚生労働省標準規格とすることで、より利活用が増えることを目指します。

- HELICS採択（2022/09/02）
- 厚生労働省標準規格認定（2025/1/29）



|        |              |        |               |        |
|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| トップページ | 医療情報標準化指針一覧表 | 入会のご案内 | 標準規格・レポート等の申請 | お問い合わせ |
|--------|--------------|--------|---------------|--------|

## I. 「医療情報標準化指針」一覧（採択されたもの）

|       |                                                                      |    |            |            |                          |     |     |                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|--------------------------|-----|-----|-------------------------|
| HS040 | 「製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書」ガイド<br>[日本画像医療システム工業会、保健医療福祉情報システム工業会] | 採択 | 2021/10/25 | 2022/09/02 | 認定<br>2025/1/29<br>通知PDF | PDF | PDF | JIRA<br>版<br>JAHIS<br>版 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|--------------------------|-----|-----|-------------------------|



MDS/SDSが分かる資料と動画を厚生労働省HPでご紹介しています。

- 令和6年度医療機器製造販売業者のサイバーセキュリティ対策周知等事業への参加



🏠 ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 医療機器におけるサイバーセキュリティについて

健康・医療

## 医療機器におけるサイバーセキュリティについて

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179749\\_00009.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179749_00009.html)

|                                    |                              |                     |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. 医療機器のサイバーセキュリティに関する国内規制の動向      | <a href="#">資料1 [14.3MB]</a> | <a href="#">動画1</a> |
| 2. 医療機器サイバーセキュリティの実践               | <a href="#">資料2 [23.5MB]</a> | <a href="#">動画2</a> |
| 3. ソフトウェア部品表 (SBOM) の作成と運用         | <a href="#">資料3 [10.0MB]</a> | <a href="#">動画3</a> |
| 4. 医療機関との連携及びPSIRTの実践              | <a href="#">資料4 [14.0MB]</a> | <a href="#">動画4</a> |
| 5. 製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書の概要 | <a href="#">資料5 [16.8MB]</a> | <a href="#">動画5</a> |

## 5. 製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書の概要

[資料5\[16.8MB\]](#)[動画5](#)

Youtubeで公開中：動画時間：約52分

目次

1. 開示説明書WG発足の経緯と歩み
2. MDS(製造業者による医療情報セキュリティ開示書)/  
SDS(サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書)とは
3. MDS/SDSの位置づけ
4. MDS/SDSの内容(チェックリスト)
5. リモートサービスにおけるSDS  
付録 Q&Aの紹介

再生 (k)

0:39 / 52:34

製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書の概要について

限定公開

厚生労働省 / Ministry of Health, Labour and Welfare  
チャンネル登録者数 21万人

チャンネル登録

0

共有

共有

オフライン

...

4. MDS/SDSの内容(チェックリスト)

● 基本情報(MDS/SDS)

作成日 : チェックリストの記載日  
製造業者/サービス事業者 : 対象となる製品/サービスの  
製造業者/サービス事業者の名称  
製品/サービス名称 : 製品/サービスの名称・型名  
バージョン : 製品のバージョン (版番号)

基本情報を回答欄に入力します。

Excel版サンプル例

回答欄の入力内容は、印刷領域に反映・表示されます。

MDS

| 項目    | 回答欄        |
|-------|------------|
| 作成日   | 2024/10/25 |
| 製造業者  | JAHIS      |
| 製品名称  | すこやかR      |
| バージョン | 4.2        |

SDS

| 項目      | 回答欄        |
|---------|------------|
| 作成日     | 2024/10/25 |
| サービス事業者 | JAHIS      |
| サービス名称  | すこやかR      |
| バージョン   | 4.2        |

33:44 / 52:34

製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書の概要について

限定公開

厚生労働省 / Ministry of Health, Labour and Welfare  
チャンネル登録者数 21万人

チャンネル登録

0

共有

共有

オフライン

...

- MDS/SDSの各内容と記入方法の説明から、リモートサービスにおけるSDSについても言及
- 主なQ&Aについても説明

## 本年度も「MDS/SDS書き方セミナー」を開催します！ ※JAHIS主催

- 2025年度MDS/SDS書き方セミナー
  - 日時：2025年10月24日 PM
  - 事前アンケートを行い、結果をセミナー内容へ反映させる方向
  - SDSは注目すべき内容を選別し、深掘りするスタイルにする予定

より参加者が知りたいポイントに注目した実践的内容へ



セミナー  
**JAHIS「MDS／SDS書き方セミナー」**  
開催日: 2025年10月24日  
※JIRA会員様 受講料は3,000円です。  
会員: 3,000円、一般: 5,000円  
現地開催 WEB開催  
現地: JAHIS会議室 / WEB: Webex

### —プログラム—

12:50～13:00 開設 接続確認

13:00～13:05 オリエンテーション

事業推進部事業企画委員会 委員長 木戸 須美子

13:05～13:50 1. 『JAHIS「製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書」ガイド Ver. 5.0』 概要

講師: セキュリティ委員会 JAHIS-JIRA 合同開示説明書WG 榎グッドマン 下野 兼輝

概要: 製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書の概要、位置づけ、記載方法について概説し、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」との関連についても解説します。

10分 休憩

14:00～15:20 2. サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書 (SDS) の書き方 前編

講師: セキュリティ委員会 JAHIS-JIRA 合同開示説明書WG セコム 榎 山本 智仁

概要: 医療機関が医療情報システムのセキュリティ機能に関して情報提供を要求してきた際に、サービス事業者が効率的かつ迅速に標準的な書式で回答できるよう、クラウド型電子カルテシステムにおける回答例を通して、SDSチェックリストの書き方について解説します。さらに、いくつかの項目をピックアップし、具体的な考え方と記載方法を示します。

10分 休憩

15:30～16:50 3. サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書 (SDS) の書き方 後編


講師: セキュリティ委員会 JAHIS-JIRA 合同開示説明書WG ウィーメックス 榎 武者 義則

概要: 上記 2. サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書 (SDS) の書き方 前編 に続けて解説と説明を行います。


## 企業・団体全体でのランサムウェア被害は高止まり

リモートサービスは有効な手段ですが、通信機器の利用が伴うため、適切な管理が重要です。  
活用が進む一方で、感染原因として通信機器のサポート不足が依然として最多であり、対策の強化が重要です。

- 更なる最新版RSSガイドラインの活用を促進すべく、情報発信が必要
- 周知定着化のため、繰り返し、RSSのSDS記載例チェックリストの活用を呼び掛ける。
- MDS/SDSセミナーの中でRSSのSDS記載例チェックリストも含める等



4 ランサムウェア被害にあった企業・団体等へのアンケート調査の回答結果





# RSSチェックシート等のダウンロードサイト

🏠 Home > 刊行物 > 指針・標準・基準等 > セキュリティ

刊行物：指針・標準・基準等

工業会規格(JESRA)

ディスプレイ  
(モニタ)

セキュリティ

診断レポート

動物

COVID-19  
感染予防

## セキュリティ

### ■ **NEW** リモートサービスセキュリティガイドラインに関する参考資料

JIRA/JAHIS合同リモートサービスセキュリティWGにて作成している「リモートサービスセキュリティガイドライン」に関する参考資料を公開します。  
リスクアセスメント実施時、リモートサービスのSDS作成時等にご利用ください。

### <ダウンロード>

- ・ [\(1\) ISMS準拠リモートサービスリスクアセスメント表 \(使用方法\)](#)
- ・ [\(2\) ISMS準拠リモートサービスリスクアセスメント表 \(見本\) \(2025年2月6日差し替え\)](#)
- ・ [\(3\) ISMS準拠リスクアセスメント \(テンプレート\) \(2025年2月6日差し替え\)](#)
- ・ [\(4\) リモート保守サービスSLAサンプル Ver.1.0 \(しおり付き\)](#)
- ・ [\(5\) リモート保守サービスSLAサンプル解説付き](#)
- ・ [\(6\) RSS SDS チェックリスト \(SDS Ver.4.1\) Rev.1](#)

# RSSガイドラインの活用促進 —RSSのSDS記載例チェックリスト—

- チェックリストはMDS/SDSチェックリストを利活用しているので、SDSが理解できれば、RSSのチェックリストも理解が容易になる

| サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書 (医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版対応)                                                                                                        |                     |                     |         |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|----|---|
| 作成日                                                                                                                                                             | 2023年10月4日          |                     |         |    |   |
| サービス事業者                                                                                                                                                         | リモートメンテナンス株式会社 (仮称) | サービス名称はリモートサービス名となる |         |    |   |
| サービス名称                                                                                                                                                          | 電子カルテシステムリモート保守サービス | リモートサービスに関係ない内容は非該当 |         |    |   |
| バージョン                                                                                                                                                           | 1.1                 |                     |         |    |   |
| <p>※本書式を作成したJAHIS/JIRAは、製品設計・設置・保守等の認証・試験・検査等はありません。また、特定の医療機関等における特定の目的・ニーズを満たすこと、あるいは個々の製品またはサービスの性能を保証するものではありません。この書式への記入内容は、記入した製造業者/サービス事業者が全責任を負います。</p> |                     |                     |         |    |   |
| 診療録及び診療諸記録を外部に保存する際の基準(8.)                                                                                                                                      |                     |                     |         |    |   |
| 1 診療録及び診療諸記録の外部保存を受託するか？(8.3)                                                                                                                                   |                     | 該当                  | 非該当     | 備考 | - |
| 1. 1 保存場所が「病院、診療所、医療法人等が適切に管理する場所」の場合、安全管理ガイドラインで示された選定基準と情報の取扱い要件を満たすか？(8.3.C1(1)～(5))                                                                         |                     | はい                  | いいえ 対象外 | 備考 | - |
| 1. 2 保存場所が「医療機関等が外部の事業者との契約に基づいて確保した安全な場所」の場合、安全管理ガイドラインで示された選定基準と情報の取扱い要件を満たすか？(8.3.C2(1)～(9))                                                                 |                     | はい                  | いいえ 対象外 | 備考 | - |
| 医療機関等における情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS) の実践(6.2)                                                                                                                     |                     |                     |         |    |   |
| 2 扱う情報のリストを医療機関等に提示できるか？(6.2.C1)                                                                                                                                |                     | はい                  | いいえ 対象外 | 備考 | - |

| 回答欄                                 |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 2023/10/4                           |                         |
| リモートメンテナンス株式会社 (仮称)                 |                         |
| 電子カルテシステムリモート保守サービス                 |                         |
| 1.1                                 |                         |
| ブルダウン選択<br>(はい/いいえ/対象外<br>/ 該当/非該当) | 備考番号の入力(数字)<br>(なし="-") |
| B. 非該当                              | -                       |
|                                     | -                       |
|                                     | -                       |
| 1. はい                               | -                       |

# RSSガイドラインの活用促進 –RSSのSDS記載例チェックリスト–

| 技術的安全対策(6.5) |                                                          |    |     |     |    |   |  |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|---|--|--|--|
| 1 6          | 権限を持たない者による不正入力を防止する対策が行われているか？(6.5.C1、6.5.C4)           | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |  |  |  |
| 1 7          | アクセス管理の機能があるか？(6.5.C1)                                   | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |  |  |  |
| 1 7. 1       | 利用者の認証方式は？(6.5.C1)(6.5.C13)                              |    |     |     |    |   |  |  |  |
|              | ・記憶（ID・パスワード等）                                           | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |  |  |  |
|              | ・生体認証（指紋等）                                               | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |  |  |  |
|              | ・物理媒体（ICカード等）                                            | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | 1 |  |  |  |
|              | ・上記のうちの2要素を組み合わせた認証（具体的な組み合わせを備考に記入してください）               | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | 2 |  |  |  |
|              | ・その他（具体的な方法を備考に記入してください）                                 | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |  |  |  |
| 1 7. 1. 1    | パスワードを利用者認証手段として利用している場合、パスワード管理は可能か？(6.5.C14 (1)～(5))   | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |  |  |  |
| 1 7. 1. 1. 1 | 他の手段と併用した際のパスワードの運用方法を運用管理規程に定めているか？(6.5.C14(1))         | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |  |  |  |
| 1 7. 1. 1. 2 | 本人確認の実施の際、本人確認方法を台帳に記載しているか？(6.5.C14(2))                 | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | 3 |  |  |  |
| 1 7. 1. 1. 3 | パスワードの有効期限が管理できるか？(6.5.C14(4))                           | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |  |  |  |
| 1 7. 1. 1. 4 | 文字列制限をチェックすることができるか？(6.5.C14(4))                         | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |  |  |  |
| 1 7. 1. 1. 5 | 類推しやすいパスワードをチェックすることができるか？(6.5.C14(5))                   | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |  |  |  |
| 1 7. 1. 1. 6 | パスワード変更の際に類似性のチェックをすることができるか？(6.5.C14(5))                | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |  |  |  |
| 1 7. 1. 1. 7 | IDとパスワードの組み合わせが本人しか知りえないよう保たれているか？(6.5.C2)               | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | - |  |  |  |
| 1 7. 1. 2    | 運用管理規程にセキュリティ・デバイスの代替手段が規定されているか？(6.5.C3)                | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | 4 |  |  |  |
| 備考記載欄        |                                                          |    |     |     |    |   |  |  |  |
| 1            | リモート保守センターの居室について、ICカード（社員証）による入退室管理を実施している              |    |     |     |    |   |  |  |  |
| 2            | システムに対するID/パスワード認証を実施し、居室にはICカードによる認証を実施している             |    |     |     |    |   |  |  |  |
| 3            | システム管理側でパスワードの再発行をする際には、運用管理規定に定められた本人確認を実施し、台帳に記入している   |    |     |     |    |   |  |  |  |
| 4            | ICカードの盗難紛失等の対応の臨時カード発行ルール、およびパスワード忘れ時のパスワード再発行ルールを規定している |    |     |     |    |   |  |  |  |

リモートサービスセンター等で具体的に行われている安全管理策を備考記載欄に記入



RSSではネットワーク関連の安全管理は特に重要

| 外部のネットワーク等を通じた個人情報を含む医療情報の交換に当たっての安全管理(6.11)                                                                                            |    |     |     |    |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|--------|---|
| 5 9～6 3の質問は、提供するサービスで利用している通信方式について確認するものです。通信方式によって対策すべき項目が異なりますので、対応している通信方式それぞれに対して確認が必要です。対応する通信方式に「該当」とし、対応していない通信方式を「非該当」としてください。 |    |     |     |    |        |   |
| 5 9 通信方式として専用線に対応しているか？(6.11)                                                                                                           | 該当 | 非該当 | 備考  | -  | B. 非該当 | - |
| 5 9. 1 提供事業者に閉域性の範囲を確認しているか？(6.11.C1)                                                                                                   | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | -      | - |
| 5 9. 2 採用する認証手段が定められているか？(6.11.C2)                                                                                                      | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | -      | - |
| 6 0 通信方式として公衆網に対応しているか？(6.11)                                                                                                           | 該当 | 非該当 | 備考  | -  | B. 非該当 | - |
| 6 0. 1 提供事業者に閉域性の範囲を確認しているか？(6.11.C1)                                                                                                   | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | -      | - |
| 6 0. 2 採用する認証手段が定められているか？(6.11.C2)                                                                                                      | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | -      | - |
| 6 1 通信方式としてIP-VPNに対応しているか？(6.11)                                                                                                        | 該当 | 非該当 | 備考  | -  | A. 該当  | - |
| 6 1. 1 提供事業者に閉域性の範囲を確認しているか？(6.11.C1)                                                                                                   | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | -      | - |
| 6 1. 2 採用する認証手段が定められているか？(6.11.C2)                                                                                                      | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | -      | - |
| 6 2 通信方式としてIPsec-VPN + IKEに対応しているか？(6.11)                                                                                               | 該当 | 非該当 | 備考  | -  | B. 非該当 | - |
| 6 2. 1 セッション間の回り込み等の攻撃への適切な対策をしているか？(6.11.C11)                                                                                          | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | -      | - |
| 6 2. 2 採用する認証手段が定められているか？(6.11.C2)                                                                                                      | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | -      | - |
| 6 3 チャネル・セキュリティとしてTLS1.2以上のクライアント認証に対応しているか？(6.11)                                                                                      | 該当 | 非該当 | 備考  | -  | A. 該当  | - |
| 6 3. 1 サーバ/クライアントともに「TLS 暗号設定ガイドライン」に規定される最も安全性水準の高い「高セキュリティ型」に準じた適切な設定を行っているか？(6.11.C11)                                               | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | -      | - |
| 6 3. 2 セッション間の回り込み等による攻撃への適切な対策を実施しているか？(6.11.C11)                                                                                      | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | -      | - |
| 6 4 ネットワーク上において、改ざんを防止する対策を行っているか？(6.11.C1)                                                                                             | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | -      | - |
| 6 5 ネットワーク上において、盗聴を防止する対策を行っているか？(6.11.C1)                                                                                              | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | -      | - |
| 6 6 ネットワーク上において、なりすましへの対策を行っているか？(6.11.C1)                                                                                              | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | -      | - |
| 6 7 データ送信元と送信先において、拠点の出入り口・使用機器・使用機器上の機能単位・利用者等の必要な単位で、相手の確認を行っているか？(6.11.C2)                                                           | はい | いいえ | 対象外 | 備考 | -      | - |

通信方式  
該当する

通信方式に関する設問。  
該当するものを回答

## ● RSSガイドラインの改訂

– ISO/IEC27001改訂※に合わせての改訂

※ ISO/IEC 27001:2022(情報セキュリティ, サイバーセキュリティ  
及びプライバシー保護—情報セキュリティマネジメントシステム  
—要求事項)

✓ 製品ライフサイクルを考慮したガイドラインの改訂を行う

✓ 普及度をみるためのアンケートを取る案も検討

✓ 原案投票完了。パブコメは9月上旬から予定

## ● ISO TS 11633-1の改訂

– ISO TS 11633-1：リモートメンテナンスのための情報セキュリティ管理（日本提案）

✓ 2省ガイドライン改訂に合わせての改訂

✓ CDドラフト版作成。9/3より投票開始（〆切：10/28）

御清聴 ありがとうございました。



一般社団法人日本画像医療システム工業会  
Japan Medical Imaging and Radiological Systems Industries Association