


特 許

X44 ダイアナ號レントゲン發生装置

治療及診断用



本装置は単相交流 100 ヴォルト、50—60 サイクルを電源として機械的に全整流をなし限界波長 0.09—0.24 オングストローム 單位の範圍内に於ける 任意の高壓電流を得るものにして連続 10 ミリアムペア、中等硬度の管球を用ひ瞬間 150 ミリアムペアを出し得べく水層 5 糎の深部百分量は限界波長 0.16 オングストローム單位、管球電流 2 ミリアムペア、4 耗のアルミニウム濾過板を用ひ皮膚焦點距離 23 糎、放射面 6 糎×8 糎の場合約 35% にして電力約 1.2 キロヴォルトアムペアなり。